

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Ve smyslu zákona č.22/1997 Sb., v platném znění, zákon o technických požadavcích na výrobky.

THERMIS spol.s r.o.
Mateří 14
614 00 Brno

Prohlašujeme, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, výrobek je za podmínek námi určené instalace, použití a údržby bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobku níže uvedeného typu. Systém jakosti certifikovaný dle ČSN EN ISO 9001 zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky příslušných předpisů. Shoda u výrobku byla posouzena dle §13(2) zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

Výrobek: Jímka teploměrová standardní

Typ - délka: 50, 65, 105, 165, 255, 405, 635, 1005, 1505mm

Materiál: Ocel, mosaz, měď, nerez

Výrobek je určen: Ochranné příslušenství

Výrobek splňuje požadavky nařízení vlády: 17/2003 SB., 616/2006 Sb.

Posouzení shody je dokladováno souborem technické dokumentace uloženým u výrobce a protokolem o zkoušce č.39-9891 Strojírenského zkušebního ústavu, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno.

Brno, říjen 2015


měřicí a regulační technika
Mateří 14, 614 00 Brno
tel./fax: 545 226 177 - 80
IČ: 26883643 DIČ: CZ26883643

Ing. Josef Škorpík
Jednatel