

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

THERMIS spol. s r.o.
Mateří 14
614 00 Brno
IČ: 26883643

Výrobek: Převodník tlaku s keramickým snímačem

Typ: THPB3, THIPB3

Rozsah: 0...600 bar

Třída přesnosti: 0,5%FS

Výrobek je určen: Na měření tlaku a podtlaku kapalin, par a plynů

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie a nařízeními vlády ČR:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady **2014/35/EU**;
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady **2014/30/EU**;
- Nařízení vlády č. **117/2016** Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodání na trh;
- Nařízení vlády č. **118/2016**Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodání na trh.

Harmonizované normy / technické specifikace, na jejichž základě prohlašujeme shodu:

- ČSN EN IEC 61326-1 ed.3, ČSN EN 61000-4-2-ed.2, ČSN EN IEC 61000-4-3 ed.4, ČSN EN 61000-4-4 ed.3, ČSN EN 61000-4-6 ed.4

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za a jménem:

Vydáno v Brně
24.9.2024


měřicí a regulační technika
Mateří 14, 614 00 Brno
tel./fax: 545 226 177 - 80
IČ: 26883643 - ZÚČ: CZ26883643
Ing. Josef Škorpík
Jednatel

Posouzení shody je dokladováno souborem technické dokumentace uloženým u výrobce.