

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

THERMIS spol. s r.o.

Mateří 14

614 00 Brno

IČ: 26883643

Výrobek: Převodník tlaku pro diferenční tlaky**Typ: THPB5****Rozsah: 0...2,5 bar****Třída přesnosti: 0,25%FS****Výrobek je určen:** Na měření tlaku a podtlaku kapalin, par a plynů

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie a nařízeními vlády ČR:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady **2014/35/EU**;
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady **2014/30/EU**;
- Nařízení vlády č. **117/2016** Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodání na trh;
- Nařízení vlády č. **118/2016** Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodání na trh.

Harmonizované normy / technické specifikace, na jejichž základě prohlašujeme shodu:

- ČSN EN IEC 61326-1 ed.3, ČSN EN 61000-4-2-ed.2, ČSN EN IEC 61000-4-3 ed.4, ČSN EN 61000-4-4 ed.3, ČSN EN 61000-4-6 ed.4

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za a jménem:

Vydáno v Brně
1.10.2024



měřicí a regulační technika
Mateří 14, 614 00 Brno ③
tel./fax: 545 226 177 - 80
IČ: 26883643, DIČ: CZ26883643
Ing. Josef Škorpík
Jednatel

Posouzení shody je dokladováno souborem technické dokumentace uloženým u výrobce.